

SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đại Lộc, ngày 25 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế
cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam**

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp cho gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Địa chỉ: 107 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Trần Thị Nga**.

- Địa chỉ: 107 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại: **0778.111696**.

Nhận trực tiếp tại địa chỉ hoặc qua đường bưu điện: Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, số 107 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: **0778.111696**.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 26 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h00 ngày 06 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2024.



Ghi chú: Báo giá gồm 03 bản gốc được niêm phong và phía ngoài bì hồ sơ chào giá ghi rõ “*Thư chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam*”

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Danh mục yêu cầu chi tiết về dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	1. Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống máy 02 lần/ năm; 2. Không giới hạn số lượng cuộc gọi tư vấn hoặc yêu cầu sửa chữa trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng 3. Thời gian bảo trì, bảo dưỡng 12 tháng 4. Số lần sửa chữa bất thường: tối thiểu 04 lần/năm <i>(Chi tiết yêu cầu về dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đính kèm phụ lục 1)</i>	01	Hệ thống	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	 365

Ghi chú: “Báo giá được đính kèm theo mẫu phụ lục 2, các đơn vị gửi sai mẫu báo giá này được xem như không hợp lệ và không được xét duyệt.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị./.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thống Nhất

PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG YÊU CẦU DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG
 (Đính kèm yêu cầu dịch vụ giá ngày 25 tháng 11 năm 2024
 của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam)

STT	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Hệ thống chụp cắt lớp điện toán CT-Scanner. Model: ACCESS Hãng sản xuất: Philips	HT	01	
1.1	Hệ thống Gantry 1. Kiểm tra chất lượng hình ảnh 2. Kiểm tra các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng 3. Bảo trì vòng trượt 4. Bảo trì các khối chổi quét 5. Tra dầu chống oxy hóa cho vòng trượt 6. Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động 7. Kiểm tra và làm sạch các đường truyền quang 8. Làm sạch bên trong hệ thống 9. Kiểm tra và tra mỡ chuyên dụng cho hệ thống Collimator 10. Vệ sinh lọc gió cho các quạt 11. Kiểm tra bóng X-ray 12. Kiểm tra và bảo trì hệ thống trao đổi nhiệt cho bóng X-Ray 13. Kiểm tra và điều chỉnh hệ dẫn động cho sensor đo độ nghiêng của Gantry 14. Kiểm tra và bảo trì hệ thống trao đổi nhiệt cho Detector			
1.2	Hệ thống điều khiển 1. Làm sạch khối điều khiển Gantry 2. Làm sạch hệ thống lọc gió cho quạt của hệ máy tính Host và CIRS 3. Làm sạch hệ thống Rack của hệ máy Host và CIRS 4. Làm sạch hệ thống bo mạch cho máy Host và CIRS 5. Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống Intercom 6. Kiểm tra và hiệu chỉnh lại hệ thống các phím bấm điều khiển			
1.3	Hệ thống bàn bệnh nhân 1. Kiểm tra vỏ hệ thống tiếp đất 2. Kiểm tra và Tra mỡ chuyên dụng cho trục theo chiều dọc của bàn 3. Kiểm tra và Tra mỡ chuyên dụng cho trục theo chiều cao của bàn 4. Bảo trì hệ thống chổi quét cho Motor 5. Làm sạch các bảng mạch điều khiển 6. Bảo trì lại hệ thống phanh			

STT	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	7. Làm sạch toàn bộ vỏ của bàn			
1.4	Hệ thống tủ điện và UPS 1. Kiểm tra các cầu đầu cho điện 3 pha và các nguồn điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống 2. Kiểm tra và đo trị số trở kháng của hệ thống tiếp đất 3. Kiểm tra và bảo trì hệ Acquy cho UPS 4. Làm sạch các lọc gió cho hệ thống quạt			
2	Máy siêu âm màu Model: HD 11 XE Hãng sản xuất: Philips	Cái	02	
2.1	Hệ thống Máy chính 1. Kiểm tra và test chuẩn hình ảnh. 2. Kiểm tra và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. 3. Kiểm tra các phần mềm: - Phần mềm siêu âm bụng tổng quát. - Phần mềm tạo hình 4D thời gian thực. - Phần mềm siêu âm sản phụ khoa. - Phần mềm phân tích tim. - Phần mềm phân tích mạch và phần nông. - Phần mềm tạo ảnh hoạ âm nhu mô. - Phần mềm kỹ thuật tối ưu hoá nhu mô động. - Phần mềm tự động đo tính ấn khoa. - Phần mềm tạo hình ảnh sản phụ 4 chiều. - và các phần mềm đo tính khác. 4. Kiểm tra và làm sạch các bảng mạch điều khiển. 5. Kiểm tra và hiệu chỉnh các phím bấm điều khiển. 6. Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động 7. Kiểm tra các đầu dò. 8. Kiểm tra và bảo dưỡng cổng cắm đầu dò. 9. Vệ sinh lọc gió cho các quạt. 10. Kiểm tra hệ thống cáp nối DICOM 3.0			
2.2	Hệ thống máy vi tính, máy in và UPS 1. Kiểm tra các phần mềm đọc và in kết quả siêu âm. 2. Làm sạch hệ thống lọc gió cho quạt của hệ máy tính. 3. Kiểm tra cáp nối giữa các hệ thống.			
3	Máy siêu âm tim Model: AFFINITI 50 Hãng sản xuất: Philips	Cái	01	
3.1	Hệ thống Máy chính 1. Kiểm tra và test chuẩn hình ảnh. 2. Kiểm tra và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. 3. Kiểm tra các phần mềm: - Phần mềm siêu âm bụng tổng quát. - Phần mềm tạo hình 4D thời gian thực.			



STT	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	- Phần mềm siêu âm sản phụ khoa. - Phần mềm phân tích tim. - Phần mềm phân tích mạch và phân nông. - Phần mềm tạo ảnh hoạ âm nhu mô. - Phần mềm kỹ thuật tối ưu hoá nhu mô động. - Phần mềm tự động đo tính ấn khoa. - Phần mềm tạo hình ảnh sản phụ 4 chiều. - và các phần mềm đo tính khác. 4. Kiểm tra và làm sạch các bảng mạch điều khiển. 5. Kiểm tra và hiệu chỉnh các phím bấm điều khiển. 6. Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động 7. Kiểm tra các đầu dò. 8. Kiểm tra và bảo dưỡng cổng cắm đầu dò. 9. Vệ sinh lọc gió cho các quạt. 10. Kiểm tra hệ thống cáp nối DICOM 3.0			
3.2	Hệ thống máy vi tính, máy in và UPS 1. Kiểm tra các phần mềm đọc và in kết quả siêu âm. 2. Làm sạch hệ thống lọc gió cho quạt của hệ máy tính. 3. Kiểm tra cáp nối giữa các hệ thống.			
4	Máy siêu âm 3D Model: Clearvue 350 Hãng sản xuất: Philips	Cái	01	
4.1	Hệ thống Máy chính 1. Kiểm tra và test chuẩn hình ảnh. 2. Kiểm tra và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. 3. Kiểm tra các phần mềm chức năng 4. Kiểm tra và làm sạch các bảng mạch điều khiển. 5. Kiểm tra và hiệu chỉnh các phím bấm điều khiển. 6. Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động 7. Kiểm tra các đầu dò. 8. Kiểm tra và bảo dưỡng cổng cắm đầu dò. 9. Vệ sinh lọc gió cho các quạt. 10. Kiểm tra hệ thống cáp nối DICOM 3.0			
4.2	Hệ thống máy vi tính, máy in và UPS 1. Kiểm tra các phần mềm đọc và in kết quả siêu âm. 2. Làm sạch hệ thống lọc gió cho quạt của hệ máy tính. 3. Kiểm tra cáp nối giữa các hệ thống.			
5	Máy siêu âm tổng quát Model: ALOKA F31 Hãng sản xuất: HITACHI ALOKA	Cái	01	
5.1	Hệ thống Máy chính 1. Kiểm tra và test chuẩn hình ảnh. 2. Kiểm tra và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. 3. Kiểm tra các phần mềm chức năng			

STT	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	4. Kiểm tra và làm sạch các bảng mạch điều khiển. 5. Kiểm tra và hiệu chỉnh các phím bấm điều khiển. 6. Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động 7. Kiểm tra các đầu dò. 8. Kiểm tra và bảo dưỡng cổng cắm đầu dò. 9. Vệ sinh lọc gió cho các quạt. 10. Kiểm tra hệ thống cấp nối DICOM 3.0			
5.2	Hệ thống máy vi tính, máy in và UPS 1. Kiểm tra các phần mềm đọc và in kết quả. 2. Làm sạch hệ thống lọc gió cho quạt của hệ máy tính. 3. Kiểm tra cáp nối giữa các hệ thống.			
6	Máy chụp X - Quang Model: CONRAD 525 HF Hãng sản xuất: CONTROL X	Cái	01	
6.1	Tủ điều khiển và hệ điều khiển: 1. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển mA 2. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển Timer 3. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển mAs 4. Bảo dưỡng phần nguồn và ổn áp 5. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển KV 6. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển Bucky bàn 7. Bảo dưỡng, kiểm tra và test chuẩn các chương trình điều khiển			
6.2	Bảo dưỡng đầu đèn 1. Bảo dưỡng hiệu chỉnh trường sáng 2. Bảo dưỡng hiệu chỉnh trường xạ 3. Bảo dưỡng cơ khí chuẩn trực			
6.3	Bàn chụp Film và cột mang đầu đèn: 1. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển bàn 2. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí bàn chụp 3. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí cột mang đầu đèn			
6.4	Biến thế cao thế: 1. Bảo dưỡng đầu cáp cao thế 2. Bảo dưỡng ống cáp			
7	Máy chụp X - Quang Model: KXO-12R Hãng sản xuất: TOSHIBA	Cái	01	
7.1	Tủ điều khiển và hệ điều khiển: 1. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển mA 2. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển Timer 3. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển mAs 4. Bảo dưỡng phần nguồn và ổn áp 5. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển KV 6. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển Bucky bàn			
7.2	Bảo dưỡng đầu đèn: 1. Bảo dưỡng hiệu chỉnh trường sáng			

STT	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	2. Bảo dưỡng hiệu chỉnh trường xạ 3. Bảo dưỡng cơ khí chuẩn trực			
7.3	Bàn chụp Film và cột mang đầu đèn: 1. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển bàn 2. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí bàn chụp 3. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí cột mang đầu đèn			
7.4	Biến thế cao thế: 1. Bảo dưỡng đầu cáp cao thế 2. Bảo dưỡng ống cáp			
8	Máy chụp X - Quang Model: NANOPHOS Hãng sản xuất: SIEMENS	Cái	01	
8.1	Tủ điều khiển và hệ điều khiển: 1. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển mA 2. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển Timer 3. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển mAs 4. Bảo dưỡng phần nguồn và ổn áp 5. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển KV			
8.2	Bảo dưỡng đầu đèn: 1. Bảo dưỡng hiệu chỉnh trường sáng 2. Bảo dưỡng hiệu chỉnh trường xạ 3. Bảo dưỡng cơ khí chuẩn trực			
8.3	Bàn chụp Film và cột mang đầu đèn: 1. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí bàn chụp 2. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí cột mang đầu đèn			
8.4	Biến thế cao thế: 1. Bảo dưỡng đầu cáp cao thế 2. Bảo dưỡng ống cáp			
9	Máy chụp X - Quang Model: MILESTONE 425 HF Hãng sản xuất: CONTROL_X	Cái	01	
9.1	Tủ điều khiển và hệ điều khiển: 1. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển mA 2. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển Timer 3. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển mAs 4. Bảo dưỡng phần nguồn và ổn áp 5. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển KV 6. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển Bucky bàn 7. Bảo dưỡng, kiểm tra và test chuẩn các chương trình điều khiển			
9.2	Bảo dưỡng đầu đèn 1. Bảo dưỡng hiệu chỉnh trường sáng 2. Bảo dưỡng hiệu chỉnh trường xạ 3. Bảo dưỡng cơ khí chuẩn trực			
9.3	Bàn chụp Film và cột mang đầu đèn:			



STT	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	1. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển bàn 2. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí bàn chụp 3. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí cột mang đầu đèn			
9.4	Biến thế cao thế: 1. Bảo dưỡng đầu cáp cao thế 2. Bảo dưỡng ống cáp			
10	Máy chụp X - Quang Model: QRAD Hãng sản xuất: CARESTREAM	Cái	01	
10.1	Tủ điều khiển và hệ điều khiển: 1. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển mA 2. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển Timer 3. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển mAs 4. Bảo dưỡng phần nguồn và ổn áp 5. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển KV			
10.2	Bảo dưỡng đầu đèn 1. Bảo dưỡng hiệu chỉnh trường sáng 2. Bảo dưỡng hiệu chỉnh trường xạ 3. Bảo dưỡng cơ khí chuẩn trực			
10.3	Bàn chụp Film và cột mang đầu đèn: 1. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí bàn chụp 2. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí cột mang đầu đèn			
10.4	Biến thế cao thế: 1. Bảo dưỡng đầu cáp cao thế 2. Bảo dưỡng ống cáp			
11	Máy siêu âm tổng quát Model: HS – 2600 Hãng sản xuất: HONDA	Cái	01	
11.1	Hệ thống Máy chính 1. Kiểm tra và test chuẩn hình ảnh. 2. Kiểm tra và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. 3. Kiểm tra các phần mềm chức năng 4. Kiểm tra và làm sạch các bảng mạch điều khiển. 5. Kiểm tra và hiệu chỉnh các phím bấm điều khiển. 6. Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động 7. Kiểm tra các đầu dò. 8. Kiểm tra và bảo dưỡng cổng cắm đầu dò. 9. Vệ sinh lọc gió cho các quạt. 10. Kiểm tra hệ thống cáp nối DICOM 3.0			
11.2	Hệ thống máy vi tính, máy in và UPS 1. Kiểm tra các phần mềm đọc và in kết quả. 2. Làm sạch hệ thống lọc gió cho quạt của hệ máy tính. 3. Kiểm tra cáp nối giữa các hệ thống.			





PHỤ LỤC 2
Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa,
bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
(Đính kèm yêu cầu báo giá ngày 25 tháng 11 năm 2024
của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.



....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

